

### 单一来源专家论证意见表

专业人员信息	姓名： <span style="font-size: 1.2em;">王传堂</span>	
	职称： <span style="font-size: 1.2em;">主任医师</span>	
	工作单位： <span style="font-size: 1.2em;">威海市妇幼保健院</span>	
项目信息	项目名称： 威海市中心医院大孔径 CT 球管采购	
	供应商名称： 济南鹏泰商贸有限公司	
专家论证意见	<p>提出单一来源供应商的理由：</p> <p style="font-size: 1.1em;">CT球管是CT机的主要部件，为保证更换的球管与原机配套兼容一致性，性能稳定，建议采用单一来源方式从该设备在国内指定区域授权的代理商进行采购。</p>	
专家签字	王传堂	日期： 2024年 3月 15日

## 单一来源专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 刘焕叶	
	职称: 副主任护师	
	工作单位: 文登区中西医结合医院	
项目信息	项目名称: 威海市中心医院大孔径 CT 球管采购	
	供应商名称: 济南鹏泰商贸有限公司	
专家论证意见	<p>提出单一来源供应商的理由:</p> <p>威海市中心医院在用 GE RT 5 号型号大孔径 CT 设备为进口产品, CT 球管为 CT 设备的主要部件, 只有匹配的原厂型号球管才能保证设备整机使用程序的稳定性和安全性, 保证修复后整机运行和图像质量, 确保临床诊断的准确性, 所以该球管只能从原设备生产商针对本项目唯一授权经销商处获得。</p>	
专家签字	刘焕叶	日期: 2020 年 3 月 15 日

### 单一来源专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 甄子沂	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 荣成王坟	
项目信息	项目名称: 威海市中心医院大孔径 CT 球管采购	
	供应商名称: 济南鹏泰商贸有限公司	
专家论证意见	<p>提出单一来源供应商的理由:</p> <p>经商务论证认为,大型医疗设备的采购单一来源采购,才能确保及CT机器的正常运行。本次采购的这台CT球管各技术指标,均符合医院CT机in设备,这是保障医院CT机在临床工作中在各种射线、功率、兼容、品牌匹配、技术维护保养其更便利,确保了整机的稳定性、安全性和临床应用的广泛性,使设备更可靠、更经耐用。故采用单一来源采购大孔径CT球管更为可行。</p>	
专家签字	甄子沂	日期: 2024年3月15日